

الأجهزة العلمية الموجودة بقسم علم الأدوية بكلية الصيدلة

ملاحظات	الموقع المبنى/الدور/الغرفة	العدد	رقم الصنف او الموديل	النوع
OK	٨٧/١/١	١	B١٢٠S	Balance
الرأس ينفك أثناء التشغيل (الجيل (٨٧/١/١	١	٢١٠٩-١٣٦٠	Centrifuge ٢٠٠
العطل في اللمبة (نجم الجزيرة)	٨٧/١/١	٣	٤٠٥٠	Spectrophotometer uv/visible
(نجم الجزيرة)	٨٧/١/١	١	٨٠-٢٠٩٧- ٠٢	Spectrophotometer
(الرئيس)	٨٧/١/١	١	Pk ١٢٠	Centrifuge
(الرئيس)	٨٧/١/١	١	Pk ١٢١R	Centrifuge
(نجم الجزيرة)	٨٧/١	١	P٤٨٦٢٥	Spectrophotometer uv/visible
أثناء التشغيل يطلع رائحه حريق (الرئيس)	٨٧/١	١	١٢٠٧٤	Drying oven
OK	٨٧/١	١	٨ut ٥٠٤٢	Drying oven
(الرئيس)	٨٧/١	١	Acm٢٥ Aeb٠٦E١	Ice maker

OK	٨٧/١/١	١	١٨٦	Water bath precision
OK	٨٧/١/١	١	sybron	Distillator
عاطل ، غير معروف السبب	٨٧/١/١	١	A٤d /٩٠٦١٨٦٥	Distillator Aquatron
OK	٨٧/١/١	١	GFL /١٠٣١	Water bath
OK	٨٧/١/١	١	Sybron /٥١٨٥٢٠	stirrer
OK	٨٧/١/١	١	Gallenkamp /٥A٦٢٩٨	Magnetic stirrer hot plate ٤٠٠
(الرئيس)	٨٧/١/١	١	Micromeg s	Micromeg stant purified water
(نجم الجزيرة)	٨٧/١/١	١	Climas /٢٨١٣	Vertical freezer
(الفرابي) Electrode	٨٧/١/١	١	٨١٠	Ph-meter
OK	٨٧/١/١	١	Jouan /BBVV	Centrifuge

(سوماتكو) -----	١١٨ / ٢ / ١ ١١٦ / ٢ / ١	٣ ١	MP- ٦٠٠٠G	Animal Balance (Mettler Toledo)
(الفارابي) Error- ٤-	١١٦ / ٢ / ١ ١١٨ / ٢ / ١	١ ٣	AB٢٠٤- ٥ B٣٠٣.s	Sensitive Balance
(الفارابي) electrode	١١٨ / ٢ / ١	٤	MP٢٢٠	pH Meter (Mettler Toledo)
(نجم الجزيرة) Its light	١١٦ / ٢ / ١	١	٥٠-٩٤٩٥	Analgsia Meter
(نجم الجزيرة) Its rubber dried aesly	١١٦ / ٢ / ١	٢	٥٠-١١١٠٥	Rat tail blood pressure monitor with its physiograph
سوماتكو	١١٦ / ٢ / ١	١	١٠٨٣	Shaker water bath
(نجم الجزيرة)	١١٦ / ٢ / ١	٢	٨٩٢١١٥١	E.C.G.
OK	١١٦ / ٢ / ١ ١١٨ / ٢ / ١	١ ١	١٠- ٠١٦٣.N- ٦٠ SWT ٥٠٥	Stirrer hot plate
OK	١١٦ / ٢ / ١	١	R.S.	Reflotron
OK	١١٦ / ٢ / ١	١	٩٦١	Infusion pump
(نجم الجزيرة) Its switch brocken easly	١١٦ / ٢ / ١	٢	٧٦٠- ٢٣٦٥٧٧- B	Physiograph for research
(نجم الجزيرة) Hard move pen &shaking,unstable speed,	١١٦ / ٢ / ١ ١١٨ / ٢ / ١	١ ١٨	٥٠-٨٦٣٠	Physiograph (Harvard)

OK	١١٦/٢/١	٥	٧٧١-١٣١٢	Physiograph (Narco)
(نجم الجزيرة)	١١٦/٢/١ / ٢/١ ١١٨	١ ٤	Typ A ١٠٠	Circulator Water pump
(الفارابي)	١١٨ / ٢/١	٧	WISA AQUA	Air Pump
OK	١١٦/٢/١ ١١٨ / ٢/١	١ ٥	SP ٤٦٦١٠ IP ٢١ PC ٠٥١ ١٢٠T, ١٢١T	Hot Plate
(الريس) unknown malfunction	غرفة التحضير بمعمل ١١٨	١	Jencons	Distillator
OK	١١٦/٢/١ / ٢/١ ١١٨	١ ٤	D-٧٧٩٦٠ D-٣٠٩٣٨ WF٢٥٠ EC١٩A	Water bath
OK	١١٨ / ٢/١	١٢	olympus	Microscope
OK	١١٦/٢/١	١	_____	Incubator
(نجم الجزيرة)	١١٨ / ٢/١	١	٥٣٥٠٢٢١٥٤	Thermomixer
(نجم الجزيرة)	١١٨/ ٢/١ ١١٦/٢/١	١ ١	٢١٠٠pro	Spectrophotometer
OK	١١٦/٢/١	١	_____	Oven
OK	١١٦/٢/١	١	Sanyo	Freezer Sanyo

(نجم الجزيرة)	١١٦/٢/١	١	Helmer	Refrigerator ة
(نجم الجزيرة)	١١٦/٢/١	٢	TYP-T^ DVAX٩٠٠	Homgenizer
OK	١١٦/٢/١	١	SG-P-٢٠٢	Vortex
(نجم الجزيرة)	١١٦/٢/١	١	M.D.F.-U٥٠٧	Deep Freezer-٨٠

