

## Maintenance

ملاحظات	الاعطال و مواصفاتها	الموقع	العدد	الشركة المورد	النوع
يرجي تصليحها من قبل وكيلها	- pump - detector - injector	مبنى ١ الدور الثاني معمل ١١٠	١	SHIMADZU	HPLC MedCon: G. Complete Shimadzu ٦A system
يرجي تصليحها من قبل وكيلها	- pump - detector - injector	مبنى ١ الدور الثاني معمل ١١٠	١	Jasco	HPLC MedCon: G. Complete Shimadzu ٦A system
	- اللمبه - الشاشة	مبنى ١ الدور الثاني معمل ١١٠	٤	القصيبي	Ultraspec. ٢١٠٠ Pro UV. VISS. Spectrophotometer
	- اللمبه - الشاشة	مبنى ١ الدور الثاني معمل ١١٠	١	SHIMADZU	U.V. ١٢٠١ UV/ VISS Spectrophotometer
	- اللمبه - الشاشة	مبنى ١ الدور الثاني معمل ١١٠	١	SHIMADZU	U.V. MINI ١٢٤٠ UV/ VISS Spectrophotometer
	- اللمبه - الشاشة	مبنى ١ الدور الثاني معمل ١١٠	١	القصيبي	U.V. LKB UV/ VISS Spectrophotometer
	اختفاء القراءه	مبنى ١ و ٢ الدور الثاني و الثالث معمل ١١٠ و ١٠٤ و ٢٥٩ و ١٣٣	٨	كعكي المخازن	موازين Mettler precisa ٢٠٥A scs
	- التحكم الحراري للحمام المائي - درجة الشفط	مبنى ١ و ٢ الدور الثالث و الثاني معمل ١٨٤ و ٢٥٩	٤	الريس	ROTA VAP Buchi
	انتهاء العمر الاقتراضي لل electrode	مبنى ١ الدور الثاني معمل ١١٠	٦	امسكو الكوثر	جهاز قياس الاس الهيدروجين pH-meter
	انتهاء العمر الاقتراضي لل electrode	مبنى ١ الدور الثاني معمل ١١٠	٤	الكوثر	Conductometer LF٩٠ jenway
	تعطيل التبريد	مبنى ٢ الدور الثاني معمل ٢٥٧	١	نجم الجزيره	Chiller Wkl ٢٣٠ lauda
	احتراق الموتور	مبنى ١ و ٢ الدور الثالث و الثاني معمل ١٨٤ و ٢٥٧ و ٢٥٩	٣	نجم الجزيره	Chemical pump