

الاجهزة الخاصة بقسم علم الحيوان

اسم الجهاز	الشركة الموردة	العدد	الموقع	الاعطال
مجهر (nikon) ثنائي العينة CH٣٠-٢١٣E١٢	الجيل	١٠٠	٧؛٤-١-٢١ ٦٢٢-٦-٧ ٦٢٦،	عطل في الأنازة- في المسرح - العدسات
مجهر (Nikon) ثلاثي العينة مع الكاميرا	الجيل	١	٦٢٦-٦-٧	عطل في الأنازة- في المسرح - العدسات
مجهر (Olympus) Bx٤١-٣٢ho٢	الصاحية	٢٠	-٤-٧ ٦٢٦،٦٢٢ ٤،٧-١-٢١	عطل في الأنازة- في المسرح - العدسات
مجهر (Olympus) Bx٤١-٣٢ho٢	الصاحية	٢	٤-١-٢١ ٦-١-٢١	عطل في الأنازة- في المسرح - العدسات
مجهر (ريتشارد)	-			عطل في ال أنارة-في المسرح - العدسات
جهاز عرض ماركة هيتاشي Nec٤٤٠vt	القصيبي	٢	٤-١-٢١ ٦٢٦-٦-٧	عطل في الفلترو المكثف
ميزان حساس موديل AE١٣٦	الرئيس	٤	١١-٣-٢١ -٤-٧ ٥٨٣/٥٨٧ ٤٢٠-١-٤	لا تثبت القراءة
ميزان حساس	-	٢	-٤-٧ ٥٨٣/٥٨٧	لا تثبت القراءة
حمام مائي Ec-١٣	الرئيس	٢	١١-٣-٢١ ٥٨٣-٤-٧	لا يسخن الماء
حمام مائي ١٠٠٤-٠٣٨٦٤٧٥	-	٤	-٤-٧ ٥٨٧/٥٨٣	لا يسخن الماء
جهاز الطرد المركزي رقم الموديل ١٤٠٣-٧٦	الرئيس	٢	٥٨٧-٤-٧ ١١-٣-٢١	تنظيف الرأس
جهاز الطرد المركزي a-١٠-٢	-	١	٥٨٧-٤-٧	تنظيف الرأس

خلل في الثرموستات	٥٨٧-٤-٧	١	-	حضان ٥٠٣/٦٢٢
خلل في الثرموستات	١١-٣-٢١	١	-	حضان
خلل في الأسلاك الكهربائية	٦٢٢-٦-٧ ٤٢٠-١-٤ -٤-٧ ٥٨٣/٥٨٧	٥	-	فرن رقم الموديل -١٤d ٧٨٥٣٢
تغيير المحاليل	٥٨٣-٤-٧	٣	-	جهاز قياس البروتين
عدم وضوح الشاشة	١١-٣-٢١ ٥٨٧-٤-٧	٣	الرئيس	Spectrophotometer- الموديل ٢١٠٠ رقم
لا يسخن الماء	٥٨٣-٤-٧	٢	القصيبي	٢١٠٤ جهاز التقطير
عطل في السكين	٥٨٣-٤-٧ ٤٢٠-١-٤	٢	-	homogenizer ٨٥٣٣٠٣١٢-١٦٨
انفصال الجهاز عن الكمبيوتر	١١-٣-٢١	١	-	Gas chromatograph الموديل ٥٠٠-رقم clarus
أنفصال انابيب التبريد الخلفية	١١-٣-٢١	١	-	Atomic absorptionspectrometer الموديل ٢٢٠spectraaa
بحاجة الى تغيير tempsensor	١١-٣-٢١	١	-	High performance microwave ethosplus رقم الموديل
عطل في الأفياش والثرمستات	١١-٣-٢١	٢	-	فريزر
عطل في الإنارة والأسلاك والمسرح	-٦-٧ ٦-٦٢٦	١٠	الجيل	مجهر (زايز) ٠٣٥٦٨٧
عطل في الأسلاك وتحتاج الى محاليل خاصة فيها	٥٨٧-٤-٧	١	الجيل	غسالة زجاجيات ٧٦-٧-nlw
-	٥٨٣-٤-٧	١	المانع	هزاز أفقي -٠٢٠٤٣٠٢-٠٠٦٠١٠٤٣٠٢ str
-	٥٨٣-٤-٧	١	المانع	هزاز دائري-٠٣١٣-٠٣١٣٢٠٣١٣ ٣٠٠٥

الموقرة إلى سعادة الدكتورة / أميمة بنت محمد نور الجوهري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رداً على خطاب سعادتكم رقم (٢٥/وق) بخصوص طلب حصر الأجهزة العلمية التي
تحتاج الى صيانة دورية، نرفق لكم هذا الخطاب موضحين الأجهزة
شاكرين لكم حرصكم.....

الأعطال	العدد	رقم المعمل	المبنى/ الدور	الأجهزة
الإنارة+المسرح العدسات وخصوصاً العدسة الزيتية +الأفياش	١٠/١٠ ٢/٢	٤/٥	الأول ٢١/	Microscope (Nikon)/١ CH٣٠-٢١٣E/٢
	١٠ ١٠	٥٨٣	/الرابع ٧	Microscope (Nikon)/١ ثنائي العينة ومكثف متحرك /٢
	١٠	٥٨٧	/الرابع ٧	Microscope Nikon/١
	١٠/١٠ ١٠/١٠	٦٢٦/٦٢٢	/السادس ٧	Microscope (Nikon)/١ CH٣٠-٢١٣E/٢
الإنارة المكثف الأفياش	١ ١	٤ ٦٢٦	الأول ٢١/ السادس /٧	جهاز عرض الداتاشو ماركة NEC موديل VT٤٤٠
	٢	١١	/الثالث ٢١	Balance/Sensitive Max ٢٠٠g (٢ devices)
	١	٤٢٠	/الأول ٤	Balance/Sensitive Max ٣١٠g موديل AE ١٣٦
الشاشة+	١	٥٨٧	/الأول ٧	Balance/Sensitive Max ٢١٠g
	١	٤٢٠	/الأول ٤	Balance (Mettler PM٦٠٠)

معايره المحاليل المنظمه	١	٥٨٥	٧/الرابع	Balance / Sensitive Max ^٣ ١٠g PH Meter / Electric Distilled Water
	١	٥٨٧	٧/الرابع	
	١	٥٨٧	٧/الرابع	
تنظيف الرأس	١	٥٧٨	٧	centerifuge
	١	٥٨٣		
	١	١١	٢١	
	١	٤٢٠	٤	
تغيير المحاليل	٣	٥٨٣	٧	electrophoresis
خلل في الthrm	٢	٥٨٧	٧	incubator
		١١	٢١	
خلل في الاسلاك الكهربئية	٢	٦٢٢	٧	oven
	١	٥٨٣	٧	
	١	٥٨٧	٧	
	١	٤٢٠	٤	
عدم وضوح الشاشة	١	١١	٢١	spectrophotometer
	٢	٥٨٧	٧	
خلل في درجة الحرارة	٤	٥٨٧-٥٨٣	٧	Water bath
	١	١١	٢١	
		٤٢٠	٤	
عطل في السكين	١	٥٨٣	٧	homogenizer
	١	٥٨٧	٧	autoclave
	١	١١	٢١	
انفصال الجهاز عن الكمبيوتر	١	١١	٢١	Gas chromatograph رقم الموديل ٥٠٠clarus

أنفصال انابيب التبريد الخلفية	١	١١	٢١	Atomic absorptionspectrometer رقم الموديل Spectraaa٢٢٠ fs
بحاجة الى تغيير tempensor بينالحين والاخر	١	١١	٢١	High performance microwave ethosplus رقم الموديل